

КНП "БРОВАРСЬКА БАГАТОПРОФІЛЬНА КЛІНІЧНА ЛІКАРНЯ"

Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі, та його очікуваної вартості по закупівлі: «Переносний (мобільний) запаювач для запаювання ПВХ трубок, контейнерів для крові з літій-іонною батареєю за кодом CPV за ДК 021:2015:33190000-8 - Медичне обладнання та виробі медичного призначення різні. Код НК 024:2019:36674 – Пристрій для запаювання пакетів»

Підстава для публікації обґрунтування: постанова Кабінету Міністрів України від 16.12.2020 №1266 «Про внесення змін до постанов Кабінету Міністрів України від 1 серпня 2013 № 631 і від 11 жовтня 2016 № 710»

Ідентифікатор закупівлі: UA-2022-11-11-009465-a

Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі:

Кількісні характеристики предмета закупівлі

№	НК 024:2019	Найменування	Од. виміру	Кількість
1	36674 Пристрій для запаювання пакетів	Переносний (мобільний) запаювач для запаювання ПВХ трубок контейнерів для крові з літій-іонною батареєю.	шт.	1

Загальні вимоги:

1. Товар, що пропонується повинен бути новим, таким, що не був у використанні. Для підтвердження учасник надає гарантійний лист.
2. Товар повинен бути належним чином зареєстрований в Україні або дозволим для введення в обіг та/або експлуатацію (застосування) відповідно до законодавства. Ця вимога підтверджується: завіреною копією декларації або копією документів, що підтверджують можливість введення в обіг та/або експлуатацію (застосування) товару за результатами проходження процедури оцінки відповідності згідно вимог технічного регламенту.
3. Для підтвердження приналежності обладнання (виробу) до медичного класу, надати копію листа від уповноваженого органу з оцінки відповідності який повинен містити назву виробу та клас ризику.
4. Гарантійний термін обслуговування не менше 12 місяців з моменту введення в експлуатацію. Для підтвердження учасник надає гарантійний лист.
5. Сервісне обслуговування повинно здійснюватися інженерним персоналом, що сертифікований виробником. (надати копію відповідного документа).
6. Спроможність учасника поставити запропонований товар повинна підтверджуватись оригіналом гарантійного листа від виробника (якщо учасник не є виробником товару), або офіційного представника на території України, що підтверджує можливість постачання учасником запропонованого товару в необхідній кількості, якості та в потрібні терміни, визначені цією тендерною документацією та пропозицією учасника (надати оригінал такого гарантійного листа).
7. Наявність інструкції (паспорта) з експлуатації запропонованого товару українською мовою (надати копії).
8. Вантажно-розвантажувальні роботи та доставка товару до замовника повинна здійснюватися постачальником за власні кошти. Для підтвердження учасник надає гарантійний лист.

9. Монтаж та навчання медперсоналу роботі на апаратурі постачальник проводить безкоштовно протягом двох тижнів з дня поставки, якщо інше не передбачено умовами договору. Для підтвердження учасник надає гарантійний лист.
10. Запропонований товар повинен відповідати вимогам чинного законодавства із захисту довкілля. Для підтвердження учасник надає лист в довільній формі про застосування заходів із захисту довкілля.
11. Запропонований товар повинен відповідати заявленим технічним вимогам. Для підтвердження учасник надає заповнену таблицю щодо відповідності технічним вимогам з посиланням на відповідні розділи, та/або сторінку(и) технічного документа виробника.

Найменування товару	Медико-технічні характеристики	Відповідність у запропонованому обладнанні так/ні
Переносний (мобільний) запаювач для запаювання ПВХ трубок контейнерів для крові з літій-іонною батареєю.	Пристрій повинен бути призначений для запаювання ПВХ трубок контейнерів для крові	
	Пристрій повинен бути оснащеним ремінцем, для мобільності	
	Пристрій повинен мати можливість запаювати ПВХ труби діаметром від 2-7 мм.	
	Пристрій повинен бути оснащеним світловий та звуковий індикатор правильного /неправильного запаювання	
	Пристрій повинен мати захисний пластиковий переносний кейс для транспортування	
	Пристрій повинен запаювати ПВХ трубки контейнерів для крові будь-якого виробника	
	Кожен шов повинен бути в вигляді центральної лінії, що дозволяє виконати легке відокремлення однієї частини від іншої.	
	Пристрій повинен бути обладнаний LED індикатором , що показує стан заряду акумулятору	
	Прилад повинен бути обладнаний Li-Ion акумулятором.	
	Акумулятор повинен бути з'ємним.	
	Кількість запаювань за 1 повний заряд акумулятора від 1000-2000 швів	
	Пристрій повинен запаювати трубки не більш ніж за 3 секунди	
	Пристрій повинен поставлятися у наступній комплектації 1.основний блок 2.Адаптер для живлення 3.Запаювальна ручка 4.Коаксіальний кабель 5.Посібник користувача 6.Акумулятор відразу знаходиться всередині пристрою	
	Запаювач повинен бути обладнаний функцією сну у разі тривалої перерви у роботі за для економії емкості акумулятору.	
	Запаювач повинен бути виконаний з - нержавіючої сталі з окремими частинами які виконані з пластику.	
Вага пристрою разом з ручкою для запаювання повинна бути не більше 2 кг		
	Інструкція з експлуатації повинна бути на українській мові	

При визначенні очікуваної вартості закупівлі враховувалась інформація про ціни на товари , що міститься в мережі Інтернет у відкритому доступі, в тому числі на сайтах виробників та постачальників відповідної продукції.

Очікувана вартість закупівлі складає: 108 500,00 грн. (сто вісім тисяч п'ятсот гривень 00 копійок) з ПДВ.