

# КНП "БРОВАРСЬКА БАГАТОПРОФІЛЬНА КЛІНІЧНА ЛІКАРНЯ"

**Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі, та його очікуваної вартості по закупівлі:** «За кодом CPV за ДК 021:2015:32350000-1 Частина до аудіо- та відеообладнання. Суша медична плівка Agfa DRYSTAR DT 5.000I B 20x25 см № 100 або еквівалент (63183 - Медична плівка для принтера), суша медична плівка Agfa DRYSTAR DT 5.000I B 35x43 см № 100 або еквівалент (63183 - Медична плівка для принтера), плівка медична рентгенівська синьочутлива Retina XBE 18x24см №100 або еквівалент (40980 - Медична рентгенівська плівка, не екранна)»

**Підстава для публікації обґрунтування:** постанова Кабінету Міністрів України від 16.12.2020 №1266 «Про внесення змін до постанов Кабінету Міністрів України від 1 серпня 2013 № 631 і від 11 жовтня 2016 № 710»

**Ідентифікатор закупівлі:** UA-2023-03-30-007545-a

**Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі:**

## Загальні вимоги

1. Товари медичного призначення повинні бути дозволені до використання в Україні (надати реєстраційні посвідчення МОЗ України та/або декларації про відповідність технічному регламенту).
2. На підтвердження якості товару, надати сертифікати якості та/або паспорти якості. Надати оригінал гарантійного листа виробника (представництва, філії виробника – якщо їх відповідні повноваження поширюються на територію України) або представника, дилера дистриб'ютора уповноваженого на це виробником, яким підтверджується можливість поставки товару, який є предметом закупівлі цих торгів та пропонується учасником, у кількості зі строками придатності та в терміни, визначені документацією торгів та пропозицією учасника торгів.
3. Термін придатності на момент поставки повинен бути не менше 80% загального терміну придатності, при умові їх зберігання відповідно до установлених норм та правил зберігання.
4. Товар, що поставляється повинен бути цілим, без пошкоджень заводської упаковки та її змісту, зберігатися при транспортуванні згідно інструкцій та стандартів.
5. Під час поставки товару, що є предметом закупівлі, Учасник повинен дотримуватися вимог щодо екологічної безпеки та норм із захисту довкілля, згідно чинного законодавства (надати гарантійний лист щодо використання заходів із захисту довкілля).

№ з/п	Найменування товару	КОД НК 024:2019	Медико-технічні вимоги	Одиниці виміру	Кількість
1	Суша медична плівка Agfa DRYSTAR DT 5.000I B 20x25см №100	63183 – Медична плівка для принтера	Загальний опис: плівка для сухого друку, в аркушах, одностороння на поліефірній основі, покрита термочутливим шаром із забезпеченням високого контрасту та високої оптичної щільності	Упаковка	100

			<p>діагностичних зображень.  Використання: Призначена для медичних принтерів чорно-білого зображення.  Основа плівки: DRYSTAR DT 5.000I B - блакитна поліестерова підложка  Товщина основи - 168 мкм;  Вміст срібла: 0,9 г/м<sup>2</sup>  Максимальна оптична щільність (D max) - 3,2;  Мінімальна оптична щільність (D min, вуаль) - 0,24  Упаковка в коробки по 100 аркушів  Умови зберігання:  Від +4 до +25 °С  відносна волога, %: від 30 до 60%  Гарантійний термін придатності: 24 місяці з дати виготовлення  Строк збереження обробленої плівки: 20 років у відповідності норм ANSI IT 9.11 та IT 9.19  Залишковий термін придатності на момент поставки не має перевищувати 80% від початкового (на момент виробництва)</p>		
2	<p>Суха медична плівка Agfa DRYSTAR DT 5.000I B 35x43см №100</p>	<p>63183 – Медична плівка для принтера</p>	<p>Загальний опис: плівка для сухого друку, в аркушах, одностороння на поліефірній основі, покрита термочутливим шаром із забезпеченням високого контрасту та високої оптичної щільності діагностичних зображень.  Використання: Призначена для медичних принтерів чорно-білого зображення.  Основа плівки: DRYSTAR DT 5.000I B - блакитна поліестерова підложка  Товщина основи - 168 мкм;  Вміст срібла: 0,9 г/м<sup>2</sup>  Максимальна оптична щільність</p>	<p>Упаковк а</p>	<p>50</p>

			<p>(D max) - 3,2;  Мінімальна оптична щільність  (D min, вуаль) - 0,24  Упаковка в коробки по 100  аркушів  Умови зберігання:  Від +4 до +25 °С  відносна волога, %: від 30 до  60%  Гарантійний термін  придатності: 24 місяці з дати  виготовлення  Строк збереження обробленої  плівки: 20 років у відповідності  норм ANSI IT 9.11 та IT 9.19  Залишковий термін придатності  на момент поставки не має  перевищувати 80% від  початкового (на момент  виробництва)</p>		
3	Плівка медична рентгенівська синьочутлива Retina XBE 18x24 см №100	40980 - Медична рентгенівська плівка, не екранна	Загальний опис: Плівка медична представляє собою повно- швидкісну, чутливу до медичного рентгенівського випромінювання екранну плівку, призначену для зальної рентгенографії. Важливою властивістю плівки є технологія емульсії з Т-зернами, яка значно зменшує кількість перехресть екранного світла, результатом чого є покращення різкості зображення.; Матеріал основи: Поліетилентерефталатна (лавсанова) основа; Режим обробки плівки: - ручний - автоматичний Чутливість одиниці S – не менше 1000-1400 середній градієнт: не менше 2,4 Вміст срібла, г/м2: 4,2 Щільність вуалі, (DMIN): не більше 0,1 Упаковка в коробки по 100 аркушів Умови зберігання: не вище 25 °С відносна волога, %:	Упаковк а	10

			від 40 до 60% Гарантійний термін придатності: 24 місяці з дати виготовлення Залишковий термін придатності на момент поставки не має перевищувати 80% від початкового (на момент виробництва)		
--	--	--	--	--	--

**Примітка:**

1. У разі, якщо у даних медико-технічних вимогах йде посилання на конкретну марку чи фірму, патент, конструкцію або тип товару, то вважається, що медико-технічні вимоги містять вираз (або еквівалент).
2. Якщо учасник пропонує інший товар (аналог або еквівалент), ніж передбачений цією документацією, то у складі тендерної пропозиції повинен надати порівняльну характеристику пропонованого товару у вигляді таблиці.

**Запропоновані Учасником препарати повинні відповідати наступним вимогам:**

1. Еквівалентом товарів в розумінні даної документації тендерної пропозиції є продукція розміри, комплектація, матеріали, градація та інші стандартні характеристики товару абсолютно співпадають з характеристиками товару, що є предметом закупівлі. Стандартні характеристики еквіваленту товару на який відбувається заміна повинні відповідати вимогам діючих стандартів щодо даних товарів. Запропонований товар повинен відповідати всім нижче наведеним вимогам.
2. У випадку, якщо Учасник закупівлі запропонує еквівалент товару, він додатково повинен надати у складі пропозиції детальний опис товару, відомості про виробника та документальне підтвердження від виробника товару повної відповідності технічних характеристик запропонованого товару.
3. При формуванні ціни Постачальник повинен керуватися вимогами чинного законодавства.
4. Товар повинен постачатися транспортом постачальника та за рахунок постачальника.
5. Термін поставки - 5 робочих днів з моменту заявки Замовника.
6. Розвантаження товару по місцю призначення проводиться постачальником.

**Примітка:**

*У разі не надання документів, тендерна пропозиція буде відхилена як така, що не відповідає умовам тендерної документації.*

*Невідповідність запропонованого Учасником товару встановленим медико - технічним вимогам розцінюється як невідповідність пропозиції умовам тендерної документації.*

*Подання пропозицій за окремими частинами предмету закупівлі не передбачено.*

**Розрахунок потреби:** на виконання вимог Закону України «Про публічні закупівлі» (зі змінами) очікувана вартість визначена методом моніторингу ринкових цін 27.03.2023р.

Розмір бюджетного призначення та/або очікувана вартість предмета закупівлі: 735 440,00 грн. (Сімсот тридцять п'ять тисяч чотириста сорок гривень 00 копійок) з ПДВ.