

# КНП "БРОВАРСЬКА БАГАТОПРОФІЛЬНА КЛІНІЧНА ЛІКАРНЯ"

**Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі, та його очікуваної вартості по закупівлі:** «Обладнання для реабілітаційного відділення за кодом CPV за ДК 021:2015:33150000-6 «Апаратура для радіотерапії, механотерапії, електротерапії та фізичної терапії», відповідний код CPV за ДК 021:2015:33154000-4 «Механотерапевтичні апарати» (Сходи для відновлення навиків ходьби з похилою рампою S/U). Код НК 024:2019:35058 Тренажер, що імітує підйом по сходах, без електроживлення.»

**Підстава для публікації обґрунтування:** постанова Кабінету Міністрів України від 16.12.2020 №1266 «Про внесення змін до постанов Кабінету Міністрів України від 1 серпня 2013 № 631 і від 11 жовтня 2016 № 710»

**Ідентифікатор закупівлі:** UA-2023-06-14-000192-a

**Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі:**

## Кількісні характеристики предмета закупівлі

№ з/п	НК 024:2019	Найменування предмету закупівлі (або еквівалент)	Одиниця виміру	Кількість
1	35058 - Тренажер, що імітує підйом по сходах, без електроживлення	Сходи для відновлення навиків ходьби з похилою рампою S/U	од	1

1. Товар повинен бути виготовлений не раніше 2023 року. Для підтвердження учасником надається гарантійний лист.
2. Товар повинен бути новим, такий що не був у вжитку. Для підтвердження учасником надається гарантійний лист.
3. Термін гарантійного обслуговування - не менше 12 місяців. Для підтвердження учасником надається гарантійний лист.
4. Наявність документу, що підтверджує факт відповідності обладнання вимогам Технічного регламенту щодо медичних виробів, затвердженого Постановою КМУ №753 02.10.2013р. Для підтвердження учасник надає відповідний документ.
5. Товар повинен мати інструкцію з застосування/експлуатації українською мовою, зміст та маркування якої має відповідати вимогам, встановленим нормативно-правовими актами в сфері регулювання обігу медичних виробів. Для підтвердження учасником надається копія інструкції з застосування/експлуатації на запропонований Товар.
6. Проведення доставки, інсталяції та пуску обладнання здійснюється за рахунок Учасника. Для підтвердження учасником надається гарантійний лист.
7. Обов'язкове надання гарантійного листа щодо забезпечення проведення навчання фахівців лікарні роботі на приладі.
8. Поставка обладнання повинна бути здійснена до 31 липня 2023 року (включно) з моменту підписання договору. Для підтвердження учасником надається гарантійний лист.

№	Медико-технічні вимоги	Відповідність (так/ні)	Сторінка інструкції
1	Сходи призначені для сприяння у відновленні рухових функцій, відновленні навичок ходьби після перенесених травм опорно-рухового апарату та нервової системи, тренування сили ніг, для реабілітації		
2	Сходи мають бути виготовленими з сталевих секцій		
3	Сходи повинні мати нековзне покриття		
4	Поручні повинні регулюватися по висоті		
5	Мінімальна висота поручнів не більше 63см.		
6	Максимальна висота поручнів не менше 115см.		
7	Можливість регулювання відстані між поручнями		
8	Мінімальна відстань між поручнями – не більше 35см		
9	Максимальна відстань між поручнями – не менше 75см		
10	Довжина сходів повинна бути не менше ніж 335 см		
11	Сходи мають бути оснащені сходишками з однієї сторони та похилою рампою з іншої		
12	Наявність системи для тренування координації в сидячому положенні		
13	Наявність системи аналізу та оцінки тестування на баланс пацієнта		
14	Наявність системи тренування пропріоцепції		
15	Можливість надсилання результатів тестування балансу пацієнта - електронною поштою		
16	Можливість збереження результатів тестування балансу пацієнта у форматі PDF		
17	Наявність тренувальних програм для балансу		
18	Наявність тренувальних ігор для балансу		

*В місцях де технічна специфікація містить посилання на конкретні марку чи виробника або на конкретний процес, що характеризує продукт чи послугу певного суб'єкта господарювання, чи на торгові марки, патенти, типи або конкретне місце походження чи спосіб виробництва, вважати вираз «або еквівалент».*

Обґрунтування необхідності закупівлі даного виду товару - замовник здійснює закупівлю даного виду товару, оскільки вони за своїми якісними та технічними характеристиками найбільше відповідають потребам та вимогам замовника.

**Розрахунок потреби:** на виконання вимог Закону України «Про публічні закупівлі» (зі змінами) очікувана вартість визначена методом моніторингу ринкових цін 17.05.2023р.  
Розмір бюджетного призначення та/або очікувана вартість предмета закупівлі: 93 122,00 грн.  
(Дев'яносто три тисячі сто двадцять дві гривні 00 копійок) з ПДВ.