

КНП "БРОВАРСЬКА БАГАТОПРОФІЛЬНА КЛІНІЧНА ЛІКАРНЯ"

Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі, та його очікуваної вартості по закупівлі: «Відеобронхоскоп мобільний за кодом CPV за ДК 021:2015:33160000-9 «Устаткування для операційних блоків», відповідний код CPV за ДК 021:2015:33168100-6 «Ендоскопи». Код НК 024:2023:17662 – Гнучкий відеобронхоскоп»

Підстава для публікації обґрунтування: постанова Кабінету Міністрів України від 16.12.2020 №1266 «Про внесення змін до постанов Кабінету Міністрів України від 1 серпня 2013 № 631 і від 11 жовтня 2016 № 710»

Ідентифікатор закупівлі: UA-2023-07-12-003146-a

Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі:

| № з/п | НК 024:2023 | Найменування предмету закупівлі | Одиниця виміру | Кількість |
|-------|---------------------------------|---------------------------------|----------------|-----------|
| 1 | 17662 – Гнучкий відеобронхоскоп | Відеобронхоскоп мобільний | комплект | 1 |

ЗАГАЛЬНІ ВИМОГИ:

| № | Найменування вимоги | Відповідність |
|---|---|---------------|
| 1 | Товар, запропонований Учасником, повинен бути введений в обіг відповідно до законодавства у сфері технічного регулювання та оцінки відповідності, у передбаченому законодавством порядку. На підтвердження Учасник повинен надати витяг з завіреної копії декларації або копію документів, що підтверджують можливість введення в обіг або експлуатацію (застосування) медичного виробу за результатами проходження процедури оцінки відповідності згідно з вимогами технічного регламенту, або витяг з сертифікату відповідності медичного виробу за результатами проходження процедури оцінки відповідності згідно вимог технічного регламенту або оригінал гарантійного листа довільної форми про проходження виробником або уповноваженою особою виробника в Україні процедури оцінки відповідності медичного виробу вимогам технічного регламенту. | |
| 2 | З метою отримання гарантій, що учасник спроможний своєчасно поставити запропоноване обладнання та для запобігання отримання фальсифікованого товару, учасник повинен надати оригінал гарантійного листа виробника (якщо учасник не є виробником товару), або офіційного представника, якщо його відповідні повноваження поширюються на територію України, що підтверджує можливість постачання учасником запропонованого обладнання в необхідній кількості, якості та в терміни, визначені цією документацією торгів та пропозицією учасника, із зазначенням: повної назви учасника, номера оголошення, назви предмету закупівлі, назви товару, кількості. | |
| 3 | Товар, запропонований Учасником, повинен бути новим, таким, що не був у використанні. | |

| | | |
|---|---|--|
| 4 | Термін гарантійного обслуговування обладнання має бути не менше 12 місяців з дати введення в експлуатацію, окрім інструментів, виробів, які призначені для одноразового застосування та комплектуючих виробів до обладнання | |
| 5 | Гарантійне сервісне обслуговування товару, запропонованого Учасником повинно здійснюватися сертифікованими інженерами. На підтвердження Учасник повинен надати копії сертифікатів, ліцензій сервісних інженерів, які мають повноваження проводити сервісне обслуговування запропонованого Товару. | |
| 6 | Учасник повинен надати підтвердження відповідності технічних параметрів обладнання, яке ним пропонується, медико-технічним вимогам документації торгів, у вигляді таблиці з обов'язковим посиланням на відповідну сторінку офіційної друкованої інформації від виробника (інструкція користувача, експлуатаційно-технічна документація, каталог- українською мовою) | |
| 7 | Наявність інструкції або експлуатаційно-технічної документації українською мовою | |

МЕДИКО-ТЕХНІЧНІ ВИМОГИ:

| Медико – технічні вимоги | Відповідність (так/ні) з обов'язковим посиланням на сторінку з технічної документації виробника |
|---|---|
| Відеобронхоскоп – 1 шт.: | |
| Призначення – проведення ендоскопічних терапевтичних та діагностичних процедур в пульмонології з можливістю проведення ендотрахеальної та ендобронхіальної інтубації: | |
| Напрямок огляду-прямий | |
| Кут поля зору, не менше 90 ⁰ | |
| Глибина різкості або діапазон чіткого зображення в полі зору предметів не гірше ніж, від 3 до 50 мм | |
| Зовнішній діаметр дистального кінця, не більше 5,2 мм | |
| Зовнішній діаметр ввідної трубки, не більше 5,2 мм | |
| Інструментальний канал, не менше 2,6 мм | |
| Кут вигину рухомої частини, не менше: вгору 180 ⁰ , вниз 130 ⁰ | |
| Довжина робочої частини, не менше 600 мм | |
| Наявність камери для відображення ендоскопічного зображення | |
| Можливість обертання відеокамери вліво та вправо не менше ніж на 90 ⁰ | |
| Наявність РК монітору з кутом нахилу в межах від 0 ⁰ до 120 ⁰ | |
| Можливість запису відео у якості SHQ, HQ (або аналог) | |
| Можливість запису статичного зображення у форматі JPEG або аналог | |
| Наявність функції налаштування розміру та яскравості ендоскопічного зображення | |
| Наявність функції резервного копіювання налаштувань та зображень | |
| Час безперервної роботи, не менше 50 хв. | |
| Щітка цитологічна, діаметр щітки не більше 1,2 мм, довжина щітки не менше 5 мм, робоча довжина не більше 1050 мм, одноразова – 1 шт. | |
| Щітка цитологічна, діаметр вставної частини не більше 2 мм, робоча | |

| | |
|--|--|
| довжина не більше 1150 мм, довжина щітки не менше 10 мм, діаметр щітки не менше 2 мм, одноразова – 1 шт. | |
| Набір для введення одноразовий: направляючий корпус, діаметр не більше 2,0 мм, робоча довжина не більше 1050 мм, рентгенконтрастний наконечник, щипці для біопсії, діаметр не більше 1,5 мм, робоча довжина не більше 1150 мм, стопори для УЗ датчиків та інструментів – 1 шт. | |
| Щипці захоплюючі, одноразові, діаметр не більше 1,9 мм, робоча довжина не більше 1900 мм, розкриття не менше 3,8 мм, форма захвату по типу «щурячий зуб» або аналог – 1 шт. | |
| Щипці захоплюючі, форма частини із захватом по типу кошик або аналог, діаметр вставної частини не більше 1 мм, робоча довжина не більше 1150 мм, одноразові – 1 шт. | |
| Пристрій для перевірки ендоскопу на герметичність – 1 шт. | |

Примітка: Усі посилання на конкретні торговельну марку чи фірму, патент, конструкцію або тип предмета закупівлі, джерело його походження або виробника, вважати такими, що містять вираз "або еквівалент".

1. Товар повинен бути новим, такий що не був у вжитку. Для підтвердження учасником надається гарантійний лист.
2. Термін гарантійного обслуговування - не менше 12 місяців. Для підтвердження учасником надається гарантійний лист.
3. Доставка обладнання здійснюється за рахунок Учасника. Для підтвердження учасником надається гарантійний лист.
3. Наявність документу, що підтверджує факт відповідності обладнання вимогам Технічного регламенту щодо медичних виробів, затвердженого Постановою КМУ №753 02.10.2013р. Для підтвердження учасник надає відповідний документ.
4. Товар повинен мати інструкцію з застосування/експлуатації українською мовою, зміст та маркування якої має відповідати вимогам, встановленим нормативно-правовими актами в сфері регулювання обігу медичних виробів. Для підтвердження учасником надається копія інструкції з застосування/експлуатації на запропонований Товар.
5. Невідповідність запропонованого Учасником товару встановленим медико - технічним вимогам розцінюється як невідповідність пропозиції умовам тендерної документації.
6. Подання пропозицій за окремими частинами предмету закупівлі не передбачено, Учасники подають свої пропозиції по предмету закупівлі в цілому, відповідно до Медико-технічних вимог.

Розрахунок потреби: на виконання вимог Закону України «Про публічні закупівлі» (зі змінами) очікувана вартість визначена методом моніторингу ринкових цін 03.07.2023р. Розмір бюджетного призначення та/або очікувана вартість предмета закупівлі: 1 109 000,00 грн. (Один мільйон сто дев'ять тисяч гривень 00 копійок) з ПДВ.