

КНП "БРОВАРСЬКА БАГАТОПРОФІЛЬНА КЛІНІЧНА ЛІКАРНЯ"

Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі, та його очікуваної вартості по закупівлі: «Прилад ударно-хвильової терапії за кодом СРVза ДК 021:2015:33150000-6 Апаратура для радіотерапії, механотерапії, електротерапії та фізичної терапії, відповідний код за ДК 021:2015:33155000-1 Фізіотерапевтичні апарати. НК 024:2023 47032- Пневматична система екстракорпоральної ударно-хвильової терапії для ортопедії»

Підстава для публікації обґрунтування: постанова Кабінету Міністрів України від 16.12.2020 №1266 «Про внесення змін до постанов Кабінету Міністрів України від 1 серпня 2013 № 631 і від 11 жовтня 2016 № 710»

Ідентифікатор закупівлі: UA-2023-11-10-005184-a

Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі:

Медико-технічні вимоги прилад ударно-хвильової терапії

№ п/п	Вимоги	Параметри	*Відповідність (так/ні). Посилання на сторінки документу або інформації, тендерної пропозиції
1	Прилад ударно-хвильової терапії-1шт	Відповідність	
2	Використання	Прилад для лікування захворювань опорно-рухового апарату та реабілітації після пошкоджень спинного , головного мозку ,що супроводжується парезами та паралічем, також для інших видів терапії, де потрібне примусове стимулювання кровообігу тканин.	
3	Основні галузі клінічного застосування:		

		<ul style="list-style-type: none"> ● Болі в плечовому поясі з кальцифікацією або без кальцифікації; ● Болі в колінних суглобах; ● Больовий синдром при розтягуванні гомілковостопних зв'язок або м'язового перенапруження після фізичних навантажень; ● Обробка тригерних зон у поверхневих м'язах і міофасціальних тригерних зон; ● Обробка тригерних зон в глибоких м'язах; ● Спортивні травми кістково-зв'язкового-суглобового приладу (в період реабілітації); ● Пошкодження (захворювання) зв'язок різної локалізації; ● Болі у верхніх відділах спини; ● Дегенеративно-дистрофічні захворювання хребта з ураженням поперекового відділу з больовим вертеброгенним синдромом; ● Дегенеративно-дистрофічні захворювання із переважним ураженням грудного відділу з больовим вертеброгенним синдромом; ● Дегенеративно-дистрофічні захворювання хребта з переважним ураженням шийного відділу; ● Реабілітація після ушкоджень спинного та головного мозку, що супроводжуються парезами і паралічем; ● Реабілітація при переломах (у разі уповільненого зрощення кісток); ● Захворювання периферичної нервової системи; ● Травматичні, ішемічні, спастичні пошкодження, пов'язані з подразненням периферичних нервів і корінців спинного мозку; ● Відновлювальні заходи: перевтома м'язів, загальна перевтома, знеболювання; ● Ахілодинія; ● Бурсит, синдром тертя («Коліно бігуна»); Вертельний бурсит; ● Трохантерит; 	
--	--	--	--

		<ul style="list-style-type: none"> ● Тібіальний синдром; ● Латеральний і медіальний епікондиліт («Лікоть тенісиста», «Рука гольфіста»); ● Адгезивний капсуліт; ● Плантарний фасцит («П'яткова шпора»); ● Тендопатії в різних локалізаціях; ● Тендопатія адукторів; ● Періартикулярні болі в плечі; ● Деформуючий гонартроз початкових стадій; ● Деформуючий остеоартроз (артроз) великих суглобів; ● Деформуючий спондильоз, спондилоартроз, спондилолітез, міозит, артрит, ішіалгія, люмбалгія, люмбоішіалгія; ● ARS-синдром; ● Стілоїдіт; ● Міофасціальний синдром; ● Ентезопатія; ● Грижа міжхребцевих дисків; ● Плече-лопаткова періартропатія («Крижане плече»); ● Синовіти різних суглобів (неінфекційні); ● Хвороба Шляттера; ● Остеохондроз різних відділів хребта; ● Остеохондроз горбка великогомілкової кістки; ● Неврит, радикуліт, торакалгія, міжреберна невралгія. 	
4	Тип використання	Тривале використання	
5	Потужність	500ВА	
6	Номінальний робочий струм маніпулятора	2,3А(± 0,23А)	
7	Діапазон робочих температур пристрою	+10...42 °С	
8	Габаритні розміри	346x250x170 (± 5мм)	
9	Вага апарату	до 10кг	
10	Напруга живлення	220 В,50 Гц (±22В)	
11	Комплект поставки:		
12	Прилад, 1шт	Наявний	
13	Процедурний маніпулятор ,1шт	Наявний	
14	Кронштейн-тримач наконечників маніпулятора із гвинтами ,1шт	Наявний	
15	Комплект наконечників для маніпулятора, 1 к-т	Наявний	
16	Кабель живлення ,1шт	Наявний	
17	Упаковка для транспортування і зберігання приладу ,1шт	Наявний	

18	Інструкція з експлуатації, 1 шт	Наявний	
----	---------------------------------	---------	--

ЗАГАЛЬНІ ВИМОГИ

Товар, що поставляється, має бути новим, у заводській цілісній упаковці та таким, що не був в експлуатації та не приймав участі в виставкових заходах, умови його зберігання не порушені.

Гарантійний термін – не менше 12 (дванадцяти) місяців з дня підписання видаткової накладної на товар, (при умові своєчасного виконання сервісного обслуговування спеціалістами постачальника).

У вартість Товару входить вартість отримання необхідних на території України сертифікатів і дозвільних документів.

Супутні витрати (доставка товару, пусконаладжувальні роботи, інструктаж та навчання персоналу і т.д.) виконуються силами та за рахунок Учасника.

У складі тендерної пропозиції Учасник надає:

Паспорт на товар та (або) інструкцію з експлуатації.

Копія декларації на запропонований **медичний** виріб або завірену копію Свідоцтва про державну реєстрацію медичного виробу, що свідчить про наявність техніки в Державному реєстрі медичної техніки та виробів медичного призначення.

Гарантійний лист від виробника (якщо учасник не є виробником товару) або його офіційного представника /дилера/дистриб'ютора, що підтверджує можливість постачання учасником запропонованого обладнання в необхідній кількості, якості та в потрібні терміни, визначені цією тендерною документацією та тендерною пропозицією учасника (**надати скан-копію оригіналу гарантійного листа у складі тендерної пропозиції із зазначенням номеру закупівлі**).

4. Надається підтвердження зв'язку з виробником (**копія оригіналу листа авторизації дилера від виробника, що надає право на поставку та сервісне обслуговування на території України**).

В місцях де технічна специфікація містить посилання на конкретну торговельну марку чи фірму, патент, конструкцію або тип предмета закупівлі, джерело його походження або виробника, вважати вираз "або еквівалент". При подачі еквівалентів учасник подає порівняльну таблицю з детальним описом характеристик запропонованого товару та обґрунтування. Всі характеристики еквівалентів повинні підтверджуватися документами виробника, поданими в складі тендерної пропозиції.

**всі посилання на торговельну марку, фірму, патент, конструкцію або тип предмета закупівлі, джерело його походження або виробника слід читати як «або еквівалент».*

Специфікація

№ з/п	Найменування медичного виробу	НК 024:2023 «Класифікатор медичних виробів»	Од. виміру	Кіл-ть
1	Прилад ударно-хвильової терапії	47032- Пневматична система екстракорпоральної ударно-хвильової терапії для ортопедії	КОМ-КТ	1

Розрахунок потреби: на виконання вимог Закону України «Про публічні закупівлі» (зі змінами) очікувана вартість визначена методом моніторингу ринкових.
Розмір бюджетного призначення та/або очікувана вартість предмета закупівлі: 450 000,00 грн. (чотириста п'ятдесят тисяч грн., 00 копійок) з ПДВ.