

КНП "БРОВАРСЬКА БАГАТОПРОФІЛЬНА КЛІНІЧНА ЛІКАРНЯ"

Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі, та його очікуваної вартості по закупівлі: «Уретерореноскоп за кодом CPV за ДК 021:2015: 33160000-9 Устаткування для операційних блоків, відповідний код CPV за ДК 021:2015: 33168100-6 Ендоскопи. Код за класифікатором медичних виробів НК 024:2023 -37112 Жорсткий уретерореноскоп»

Підстава для публікації обґрунтування: на виконання Постанови КМУ від 11.10.2016 №710 (зі змінами)

Ідентифікатор закупівлі: UA-2024-08-27-000436-a

Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі:

КІЛЬКІСНІ ВИМОГИ

№ з/п	Код НК 024:2023:	Найменування медичного обладнання	Одиниця виміру	К-сть
1	37112	Жорсткий уретерореноскоп	шт.	1

ЗАГАЛЬНІ ВИМОГИ

№	Найменування вимоги	Відповідність
1	Товар, запропонований Учасником, повинен бути введений в обіг відповідно до законодавства у сфері технічного регулювання та оцінки відповідності, у передбаченому законодавством порядку. На підтвердження Учасник повинен надати скан-копію декларації на запропонований товар або скан-копію документів, що підтверджують можливість введення в обіг або експлуатацію (застосування) медичного виробу за результатами проходження процедури оцінки відповідності згідно з вимогами технічного регламенту, або скан-копію витягу з сертифікату відповідності медичного виробу за результатами проходження процедури оцінки відповідності згідно вимог технічного регламенту або скан-копію оригіналу гарантійного листа довільної форми про проходження виробником або уповноваженою особою виробника в Україні процедури оцінки відповідності медичного виробу вимогам технічного регламенту.	
2	З метою отримання гарантій, що учасник спроможний своєчасно поставити запропоноване обладнання та для запобігання отримання фальсифікованого товару, учасник повинен надати скан-копію оригіналу гарантійного листа виробника (якщо учасник не є виробником товару), або офіційного представника, якщо його відповідні повноваження поширюються на територію України, що підтверджує можливість постачання учасником запропонованого обладнання із зазначенням: повної назви учасника, номера оголошення.	
3	Товар, запропонований Учасником, повинен бути новим, таким, що не був у використанні.	
4	Термін гарантійного обслуговування обладнання має бути не менше 12 місяців з дати введення в експлуатацію, окрім інструментів, výro-	

	бів, які призначені для одноразового застосування та комплектуючих виробів до обладнання	
5	Гарантійне сервісне обслуговування товару, запропонованого Учасником повинно здійснюватися сертифікованими інженерами. На підтвердження Учасник повинен надати скан-копії сертифікатів або ліцензій сервісних інженерів, які мають повноваження проводити сервісне обслуговування запропонованого Товару.	
6	Учасник повинен надати підтвердження відповідності технічних параметрів обладнання, яке ним пропонується, медико-технічним вимогам документації торгів, у вигляді таблиці з обов'язковим посиланням на відповідну сторінку офіційної друкованої інформації від виробника (інструкція користувача або експлуатаційно-технічна документація або каталог- українською мовою)	
7	Наявність інструкції або експлуатаційно-технічної документації українською мовою	

МЕДИКО – ТЕХНІЧНІ ВИМОГИ

Медико – технічні вимоги	Відповідність (так/ні) з обов'язковим посиланням на сторінку з технічної документації виробника
Уретерореноскоп – 1 шт.:	
Призначення: для ендоскопічного огляду та лікування в сечоводах, сечівнику та сечовому міхурі	
Напрямок огляду не менше 5 ⁰	
Поле огляду не менше 85 ⁰	
Ширина вставної частини дистального кінчика не більше 8,8 Фр.	
Максимальна ширина вставної частини не більше 4,0 мм	
Робоча довжина не менше 430 мм	
Діаметр інструментального каналу не менше 3,5 Фр.	
Довжина інструментального каналу не менше 530 мм	
Можливість стерилізації парою	
Уретерореноскоп повинен бути сумісним з обладнанням, яке є в наявності у закладі, а саме кабелем світловода WA03300A та системою візуалізації OTV-S200	

Усі посилання на конкретні торговельну марку чи фірму, патент, конструкцію або тип предмета закупівлі, джерело його походження або виробника, вважати такими, що містять вираз "або еквівалент".

Невідповідність запропонованого Учасником товару встановленим медико - технічним вимогам розцінюється як невідповідність пропозиції умовам тендерної документації.

Подання пропозицій за окремими частинами предмету закупівлі не передбачено, Учасники подають свої пропозиції по предмету закупівлі в цілому, відповідно до Медико-технічних вимог.

Розрахунок потреби: на виконання вимог Закону України «Про публічні закупівлі» (зі змінами) очікувана вартість визначена на підставі наданої комерційної пропозиції, та моніторингу цін на аналогічний товар в системі «Prozorro».

Розмір бюджетного призначення та/або очікувана вартість предмета закупівлі: 588 611,00 грн. (п'ятсот вісімдесят вісім тисяч шістсот одинадцять гривень 00 копійок) з ПДВ.