

КНП "БРОВАРСЬКА БАГАТОПРОФІЛЬНА КЛІНІЧНА ЛІКАРНЯ"

Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі, та його очікуваної вартості по закупівлі: «Послуги з ремонту і технічного обслуговування автоматичних гематологічних аналізаторів за кодом CPV за ДК 021:2015: 50420000-5 - Послуги з ремонту і технічного обслуговування медичного та хірургічного обладнання. Лот 1 - Послуги з ремонту і технічного обслуговування автоматичного гематологічного аналізатора Swelab Alfa Standart за кодом CPV за ДК 021:2015: 50420000-5 - Послуги з ремонту і технічного обслуговування медичного та хірургічного обладнання, відповідний код за ДК 021:2015:50421000-2 – Послуги з ремонту і технічного обслуговування медичного обладнання. Лот 2 - Послуги з ремонту і технічного обслуговування автоматичного гематологічного аналізатора Medonik M32S за кодом CPV за ДК 021:2015: 50420000-5 - Послуги з ремонту і технічного обслуговування медичного та хірургічного обладнання, відповідний код за ДК 021:2015:50421000-2 – Послуги з ремонту і технічного обслуговування медичного обладнання»

Підстава для публікації обґрунтування: на виконання Постанови КМУ від 11.10.2016 №710 (зі змінами).

Ідентифікатор закупівлі: UA-2024-10-28-009320-a

Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі:

Лот 1 - Послуги з ремонту і технічного обслуговування автоматичного гематологічного аналізатора Swelab Alfa Standart за кодом CPV за ДК 021:2015: 50420000-5 - Послуги з ремонту і технічного обслуговування медичного та хірургічного обладнання, відповідний код за ДК 021:2015:50421000-2 – Послуги з ремонту і технічного обслуговування медичного обладнання

№ з/п	Найменування послуги	Кількість	Одиниця виміру
1	Послуги з ремонту і технічного обслуговування автоматичного гематологічного аналізатора Swelab Alfa Standart	1	послуга

ТЕХНІЧНЕ ЗАВДАННЯ

№ з/п	Найменування послуги	Кількість
1.	Послуги з ремонту і технічного обслуговування автоматичного гематологічного аналізатора Swelab Alfa Standart	1
1.1.	Загальна промивка системи	
1.2.	Чистка ємності для змішування	
1.3.	Заміна клапанних трубок	
1.4.	Перевірка з'єднань трубок в системі	
1.5.	Контроль тиску зливної помпи	
1.6.	Контроль тиску повітряної помпи	
1.7.	Перевірка впливу електромагнітних перешкод	
1.8.	Перевірка/налаштування положення оптичних датчиків верхнього рівня	
1.9.	Перевірка/налаштування положення оптичних датчиків нижнього рівня	

1.10.	Перевірка/налаштування датчика вимірювання HGB
1.11.	Заміна трубки в голці забору цільної крові
1.12.	Демонтаж обертового клапана з приладу
1.13.	Заміна обертового клапана на новий
1.14.	Юстування рухомих частин обертового клапана
1.15.	Калібрування положення рухомих частин клапана в програмному забезпеченні приладу

Загальні вимоги.

1. Послуги повинні надаватися кваліфікованим персоналом.
2. Надання послуг передбачає приїзд інженера на територію Замовника.
3. Вартість послуг повинна включати вартість витратних матеріалів для проведення технічного обслуговування.

Лот 2 - Послуги з ремонту і технічного обслуговування автоматичного гематологічного аналізатора Medonik M32S за кодом CPV за ДК 021:2015: 50420000-5 - Послуги з ремонту і технічного обслуговування медичного та хірургічного обладнання, відповідний код за ДК 021:2015:50421000-2 – Послуги з ремонту і технічного обслуговування медичного обладнання

№ з/п	Найменування послуги	Кількість	Одиниця виміру
1	Послуги з ремонту і технічного обслуговування автоматичного гематологічного аналізатора Medonik M32S	1	послуга

ТЕХНІЧНЕ ЗАВДАННЯ

№ з/п	Найменування послуги	Кількість
1.	Послуги з ремонту і технічного обслуговування автоматичного гематологічного аналізатора Medonik M32S	1
1.1.	Загальна промивка системи	
1.2.	Чистка ємності для змішування	
1.3.	Чистка адаптера для мікрокапіляра	
1.4.	Заміна клапанних трубок	
1.5.	Перевірка з'єднань трубок в системі	
1.6.	Контроль тиску зливної помпи	
1.7.	Контроль тиску повітряної помпи	
1.8.	Перевірка впливу електромагнітних перешкод	
1.9.	Перевірка/налаштування положення оптичних датчиків верхнього рівня	
1.10.	Перевірка/налаштування положення оптичних датчиків нижнього рівня	
1.11.	Перевірка/налаштування датчика вимірювання HGB	
1.12.	Промивка системи дозування обертового клапана	
1.13.	Заміна трубки в голці забору цільної крові	
1.14.	Заміна трубки вузла проколювання пробірки	
1.15.	Змащування рухомих частин вузла проколювання пробірки/автоподавача	

Загальні вимоги.

1. Послуги повинні надаватися кваліфікованим персоналом.
2. Надання послуг передбачає приїзд інженера на територію Замовника.
3. Вартість послуг повинна включати вартість витратних матеріалів для проведення технічного обслуговування.

Розрахунок потреби: на виконання вимог Закону України «Про публічні закупівлі» (зі змінами) очікувана вартість визначена на підставі наданих комерційних пропозицій.

Розмір бюджетного призначення та/або очікувана вартість предмета закупівлі: 115 510,00 грн. (сто п'ятнадцять тисяч п'ятсот десять грн., 00 копійок) з ПДВ.